



Label and label location



black

- 技术要求：
- 1.材质使用银底PC背油胶,表面覆光膜，厚度 $0.25 \pm 0.05\text{mm}$ ；
 - 2.套印、冲裁居中，无毛边；
 - 3.高湿温测试（温度 60°C 、湿度93%环境下48小时）不起翘、不收缩；
 - 4.用沾有汽油的棉布以15N的力对表面文字擦拭15S后无异常；
 - 5.未注公差 $\pm 0.5\text{mm}$.

						名 称	后盖标
						结构图号	
标记处数	更改内容	更改文件	签名	日期	外观图号	RD-08-OGI2213B-TIT-000006-10	
设 计		标准化			比例	结构版本	G2.01.20.PRI2213B-00
确 认						1.0	
审 核							
工 艺		批 准			共1张	第1张	奥佳华智能健康设备