

Medtronic

Envision Recorder

MMT-7781

Radio Compliance Information

Информация за съответствие на радиочестоти
Informace o shodě s radiokomunikačními předpisy
Information om radio-overensstemmelse

Konformitätserklärung zur Hochfrequenzenergie

Πληροφορίες συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού

Información sobre conformidad con la normativa
sobre aparatos radioeléctricos

Raadioside vastavuse teave

Radiolaitteen vaatimustenmukaisuustiedot

Informations sur la conformité en matière de radio

Informacije o usklađenosti s propisima o

radiovalovima

Rádiófrekvencia-megfelelőségre vonatkozó

információk

Informazioni sulla conformità delle apparecchiature

radio

Radijo ryšio atitikties informacija

Informácia par atbilstību radiosakaru standartu

prasībām

Informazzjoni dwar il-Konformità tar-Radju

Informatie over conformiteit met betrekking tot

radiofrequente straling

Samsvarsinformasjon med hensyn til

radiokommunikasjon

Informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi

komunikacji radiowej

Informações sobre conformidade com as normas de

radiocomunicações

Informații despre conformitatea privind emisiile radio

Informácie o súlade s predpismi pre rádiofrekvencné

zariadenia

Podatki o skladnosti radijske opreme

Information om radioöverensstämmelse

Відомості про відповідність радіочастотним

нормативам



M10553357-25B1_A

M10553357-25B1_A

United States



FCC ID: OH27781

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Further separate the recorder from the device that is receiving interference.
- Further separate the recorder from the device that is emitting interference.

IMPORTANT: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Medtronic Diabetes could void the user's authority to operate the equipment.

Australia and New Zealand



This product conforms to Australia and New Zealand Radio Requirements.

Canada

IC:3408B-7781

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mexico

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause it's undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Singapore

Complies with
IMDA Standards
DA103452

This product complies with IMDA Standards.
该产品符合 IMDA 标准。

European Union/ Conformité Européenne



(European Conformity)

EN Hereby, Medtronic declares that this Radio Equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

www.MedtronicCompliance.eu

This product operates in the 2.4-2.4835 GHz band with a radiated output power of less than 0.47 mW e.i.r.p.

BG С настоящото Medtronic декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес:

www.MedtronicCompliance.eu

Този продукт работи в честотната лента от 2,4-2,4835 GHz с излъчена изходна мощност под 0,47 mW еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.).

CS Společnost Medtronic tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.MedtronicCompliance.eu

Tento výrobek používá frekvenční pásmo 2,4-2,4835 GHz, přičemž vyzařovaný výstupní výkon je nižší než 0,47 mW EIRP.

DA Medtronic erklærer hermed, at dette radioudstyr overholder direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan læses på følgende internetadresse:

www.MedtronicCompliance.eu

Dette produkt fungerer i 2,4 - 2,4835 GHz-båndet med en udstrålet udgangseffekt på mindre end 0,47 mW e.i.r.p.

DE Hiermit erklärt Medtronic, dass dieses Funkwellen aussendende Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

www.MedtronicCompliance.eu

Dieses Produkt arbeitet im 2,4- bis 2,4835-GHz-Band mit einer ausgestrahlten Sendeleistung von weniger als 0,47 mW EIRP.

EL Δια του παρόντος, η Medtronic δηλώνει ότι ο παρών ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

www.MedtronicCompliance.eu

Το παρόν προϊόν λειτουργεί στη ζώνη των 2,4-2,4835 GHz με ακτινοβολούμενη ισχύ εξόδου μικρότερη από 0,47 mW e.i.r.p. (ισοδύναμη ιστροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς).

ES Por la presente, Medtronic declara que este equipo de radio cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de Conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.MedtronicCompliance.eu

Este producto opera en la banda de frecuencia 2,4-2,4835 GHz con una potencia de salida radiada (PIRE) de menos de 0,47 mW.



ET	Medtronic kinnitab käesolevaga, et see raadioseadestik vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.	HU	A Medtronic ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.	MT	B'dan, Medtronic tiddikjara li t-Taghmir tar-Radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.	PT	A Medtronic declara por este meio que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.	SV	Härmed intygar Medtronic att den här radioutrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.MedtronicCompliance.eu
	EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.MedtronicCompliance.eu		Az EU-s megfélelősségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.MedtronicCompliance.eu		It-test shiħ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE hu disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.MedtronicCompliance.eu		O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.MedtronicCompliance.eu		Den här produkten fungerar på 2,4–2,4835 GHz-bandet med en utstrålad effekt på mindre än 0,47 mW ekvivalent isotropt utstrålad effekt (EIRP).
	See toode töötab ribalaiusel 2,4–2,4835 GHz kiirgusliku väljundvõimsusega alla 0,47 mW e.i.r.p.		Ez a termék a 2,4–2,4835 GHz-es sávban működik úgy, hogy sugárzott kimeneti teljesítménye kevesebb, mint 0,47 mW EIRP.		Dan il-prodott jopera fil-banda ta' bejn it-2.4 u t-2.4835 GHz b'saħħa radjata effettiva ta' inqas minn 0.47 mW e.i.r.p.		Este produto funciona a 2,4–2,4835 GHz com uma potência de saída irradiada inferior a 0,47 mW e.i.r.p.		
FI	Medtronic vakuuttaa täten, että tämä radiolaitte vastaa direktiiviä 2014/53/EU.	IT	Con il presente documento, Medtronic dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.	NL	Hierbij verklaart Medtronic dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.	RO	Prin prezenta, Medtronic declară că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.	UK	Цим компанія Medtronic заявляє, що це радіотехнічне обладнання відповідає директиві 2014/53/ЄС.
	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.MedtronicCompliance.eu		Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.MedtronicCompliance.eu		De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is te vinden op de website: www.MedtronicCompliance.eu		Textul complet al declarației de conformitate UE poate fi găsit la următoarea adresă de internet: www.MedtronicCompliance.eu		Повний текст заяви про відповідність нормативам ЄС доступний за такою Інтернет-адресою: www.MedtronicCompliance.eu
	Tämä tuote toimii 2,4–2,4835 GHz:n kaistalla, ja sen säteilyteho on alle 0,47 mW EIRP.		Questo prodotto opera nella banda 2,4–2,4835 GHz con una potenza irradiata di uscita inferiore a 0,47 mW EIRP.		Dit product werkt in de 2,4-2,4835 GHz-band met een uitgestraald uitgangsvermogen van minder dan 0,47 mW e.i.r.p.		Acest produs funcționează în banda 2,4-2,4835 GHz cu o putere de ieșire radiată de mai puțin de 0,47 mW e.i.r.p.		Цей продукт працює в діапазоні 2,4–2,4835 ГГц з випромінюваною вихідною потужністю менше 0,47 мВт ЕІВП.
FR	Par la présente, Medtronic déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.	LT	Šiuo „Medtronic“ deklaruoją, kad ši radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.	NO	Medtronic erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.	SK	Spoločnosť Medtronic týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.		
	Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.MedtronicCompliance.eu		Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.MedtronicCompliance.eu		EU-samsvarserklæringens tekst i sin helhet er tilgjengelig på følgende internettsadresse: www.MedtronicCompliance.eu		Úplné znenie vyhlásenia o zhode so smernicami EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.MedtronicCompliance.eu		
	Ce produit fonctionne dans la bande de 2,4 à 2,4835 GHz avec une puissance de sortie rayonnée inférieure à 0,47 mW PIRE.		Šis gaminyis veikia 2,4–2,4835 GHz dažnio diapazone, kai išspinduliuota išvesties galia yra mažesnė nei 0,47 mW e.i.r.p.		Dette produktet opererer i båndet 2,4–2,4835 GHz med en utstrålt utgangseffekt på mindre enn 0,47 mW e.i.r.p.		Toto zariadenie pracuje vo frekvenčnom pásme 2,4 – 2,4835 GHz s vyžarovaným výstupným výkonom nižším ako 0,47 mW EIRP.		
HR	Tvrta Medtronic ovime izjavljuje da je ova radijska oprema usklađena s Direktivom 2014/53/EU.	LV	Ar šo uzņēmums Medtronic apliecina, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.	PL	Firma Medtronic deklaruje niniejszym, że to urządzenie radiowe spełnia wymogi określone w dyrektywie 2014/53/UE.	SL	Družba Medtronic izjavlja, da je ta radijska oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.		
	Puni tekst izjave o usklađenosti s propisima EU-a dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: www.MedtronicCompliance.eu		Pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu var skatīt tālāk norādītajā tīmekļa vietnē: www.MedtronicCompliance.eu		Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.MedtronicCompliance.eu		Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.MedtronicCompliance.eu		
	Ovaj proizvod radi pri frekvenciji od 2,4-2,4835 GHz s izračenom izlaznom snagom manjom od 0,47 mW e.i.r.p.		Šis izstrādājums darbojas 2,4-2,4835 GHz joslā, un tā izstarotā izvades jauda ir mazāka par 0,47 mW (ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda).		Ten produkt działa w paśmie częstotliwości 2,4–2,4835 GHz z równoważną mocą wyjściową wypromieniowaną izotropowo (EIRP) mniejszą niż 0,47 mW.		Ta izdelek deluje v frekvenčnem pasu 2,4–2,4835 GHz z oddano izhodno močjo manj kot 0,47 mW e.i.m.o. (e.i.r.p.).		


**Medtronic MiniMed**
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
1 800 646 4633
+1 818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

EC

REP

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
1 800 646 4633
+1 818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands