


备注

修 订				
区域	修订	说明	日期	作者
	A	新品导入	2023/11/7	张洋洋



Intraoral Scanner

ST 200E

3.6V/3500mAh

MD

(01)06973993440204

FCC ID: 2A8SG-ST200E

(21)CCAB0001


IC: 29544-ST200E

SN CCAB0001

2021-03-10

www.allied-star.com

- 技术要求:
- 1、未注图纸尺寸参照：AI文件。
 - 2、未注公差参照：GB/T1804-2000 m。
 - 3、镭雕不得有重影、倾斜、爆皮、毛糙等外观问题。
 - 4、PI码、SN号、生产日期，需要按产品更新，二维码重新生成。
 - 5、首样确认后，WI制定工艺参数，后期按此执行。

姓名		周 晟	日期	2024/3/22			AlliedStar	
校对		李红杰	日期	2024/3/22				
审核						图样名称		
图纸标准		ASME Y14.5-2018				Straumann 探月 手持件镭雕 国外版		
默认单位		mm						
						图幅	图样代号	版本
						A3	AP2347	A
						比例 1:1		